FEC 82/2020 – RICHIESTA OFFERTA PER FORNITURA DI 2 CAMPER CON POSTAZIONE RADIOLOGICA PER LO SVILUPPO DELL'ASSISTENZA SUL TERRITORIO DEL FOLLOW-UP DI PAZIENTI COVID E IMPLEMENTAZIONE DELLA SANITÀ DI PROSSIMITÀ. CODICE CIG 8533089FCA

Richieste di chiarimenti – quinta tranche

Domanda 9.

1. La "postazione PC per identificazione paziente e gestione cartella clinica da remoto" è una postazione tipo Ufficio con arredi predisposti per il posizionamento di un PC e gli spazi per la gestione da parte di un medico?

2. Il "monitor-defibrillatore con saturimetro integrato" dovrà essere di tipo AED semiautomatico o di tipo manuale?

3. La struttura posteriore utilizzata come vano sanitario dovrà essere ad unico ambiente o dovrà avere più ambienti?

4. Il vano posteriore dovrà essere dotato di climatizzatore a 230V o no?

5. Il veicolo dovrà essere solamente predisposto per l'allaccio ad una fonte di corrente esterna a 230V tramite idonea presa stagna esterna?

6. Oltre alla postazione PC sopra richiamata, il mezzo dovrà essere dotato di altro mobilio (es.: arredi interni e/o mobili, armadi, pensili etc, atti al contenimento e stivaggio della strumentazione di bordo?

7. Il vano sanitario dovrà essere dotato di un lettino per visita medica?

8. Il veicolo dovrà essere dotato di sistema di stabilizzazione (manuale o automatico) da utilizzarsi a veicolo fermo e con personale a bordo?

9. La richiesta di una pedana elettroidraulica per consentire l'accesso da parte di disabili in carrozzina graverebbe sulla tara del mezzo, già abbastanza elevata per via del limite dei 35 Q.li richiesti per patente B. Al fine di evitare lo sforamento del peso massimo ammesso, è possibile fornire in luogo della pedana elettroidraulica una rampa manuale per carrozzine o prevedere l'allestimento su un telaio guidabile con patente C e con maggiore portata utile tale da consentire l'incremento della portata utile e di conseguenza della tara del veicolo nel suo complesso?

Risposta 9.

1. Si conferma
2. E' sufficiente un defibrillatore semiautomatico; il saturimetro puo' anche essere non integrato
3. Vedere risposta alle domande precedenti
4. Si conferma la necessità di climatizzazione estiva/invernale
5. Predisposizione e cavo di collegamento; per l'autonomia della batteria si vedano le risposte alle domande precedenti
6. E' richiesto un allestimento che consenta una collocazione sicura ed ergonomica per le apparecchiature negli spazi a disposizione
7. Vedere risposta alle domande precedenti
8. Vedere risposta alle domande precedenti

9. La pedana elettroidraulica è preferibile; se non compatibile con il requisito del peso complessivo per guida con patente B, è possibile proporre soluzioni alternative purchè conformi alla normativa vigente e di semplice attuazione da parte di un solo operatore.

Domanda 10.

Riferite la possibilità di lasciare al fornitore la gestione delle dimensioni minime esterne ed interne ma non specificate l'altezza. Viste le varie attività da svolgere all'interno del veicolo, riteniamo che sia indispensabile un'altezza interna non inferiore a mm. 2050 per tutta la lunghezza del vano operativo. Potete confermare tale requisito?

Risposta 10.

Si conferma la risposta precedente in merito al progetto degli spazi. Una proposta di altezza minima di mm 2050 può essere ritenuta valida se coerente con l'allestimento proposto.